



Test antigénique rapide de détection rapide Sars-CoV-2 - Flowflex™ Acon - Boite de 25 tests

Test rapide de détection de l'antigène du Sars-CoV-2

Compte tenu de la réglementation en vigueur, la réalisation des prélèvements nasopharyngés en vue des tests antigéniques est confiée aux médecins, pharmaciens, infirmiers diplômés d'Etat mais aussi aux autres professionnels de santé (Consulter le document en PDF - Autres_Professionnels de santé_habilités selon [art.25 / Arrêté du 10.07.20](#)).

Le **test rapide antigénique FLOWFLEX™** est un test marqué CE pour la détection qualitative de l'antigène de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans des échantillons nasopharyngés obtenus à l'aide d'un écouvillon. Détecte également les variants Delta, Bêta et Gamma.

En 15 minutes, test rapide antigénique **FLOWFLEX™** met en évidence l'absence ou la présence de l'antigène dans l'échantillon prélevé, dès l'apparition des premiers symptômes.

Qu'est-ce qu'un test antigénique ?

Les tests rapides antigéniques cherchent à déterminer si un patient est infecté au moment précis du dépistage. Les tests antigéniques s'effectuent aussi par le recueil de matière au fond du nez, à l'aide d'un écouvillon.

Comment réaliser le test ?

1. Préparation du tampon extracteur
2. Prélèvement nasopharyngé
3. Préparation des échantillons
4. Interprétation des résultats sous 15 minutes

Par qui ?

- Médecins
- Infirmiers diplômés d'Etat
- Pharmaciens
- Autres ([consulter la liste des autres professions de santé](#))

La boîte de 25 tests contient :

- 25 cassettes de test
- 25 tubes de solution
- 25 Écouvillons nasaux ou écouvillons nasopharyngés
- Guide de collecte des échantillons
- Notice d'emballage
- 1 Écouvillons de contrôle négatif
- 1 Écouvillons de contrôle positif

Le test rapide **Flowflex™** SARS-CoV-2 Antigène est un immunodosage chromatographique à flux latéral. Il est utilisé pour la détection qualitative de l'antigène de la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans des échantillons prélevés par écouvillonnage nasal et nasopharyngé directement sur des personnes suspectées d'être atteintes du COVID-19. Ce test peut également détecter des spécimens d'individus asymptomatiques.

- Échantillons par écouvillonnage nasal et nasopharyngé
- Résultats à 15 min

Matériel Médical CE

Date de péremption : 3 mai 2024

Comment utiliser le test Flowflex™ avec les écouvillons nasaux ?

Insérer toute la pointe absorbante de l'écouvillon dans une narine. En effectuant une légère rotation, pousser l'écouvillon à moins de 2.5cm du bord de la narine.

Faire tourner l'écouvillon 5 fois contre la muqueuse de la narine.

En utiliser le même écouvillon, répéter ce processus dans l'autre narine.

Retirer l'écouvillon de la cavité nasale.

L'échantillon est prêt à être analysé.

Comment utiliser le test Flowflex™ avec les écouvillons nasopharyngés ?

Incliner la tête du patient en arrière de 70 degrés. Insérer doucement et lentement l'écouvillon nasopharyngé dans la narine, parallèlement au palais, jusqu'à rencontrer une résistance.

Frotter et rouler doucement l'écouvillon en le laissant en place pendant plusieurs secondes pour absorber les sécrétions.

Retirer lentement l'écouvillon en le faisant tourner.

L'échantillon est prêt à être analysé.